



## INFORMACIÓN PREVIA A LA MAMOGRAFIA PARA MUJERES PORTADORAS DE PRÓTESIS MAMARIAS

Como ya estará usted informada el Gobierno de La Rioja tiene instaurado el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama en el que se realiza revisión cada dos años a las mujeres residentes en La Rioja de edades comprendidas entre 45 y 69 años.

La revisión es gratuita y voluntaria

**No se recomienda realizar mamografías antes de 4 meses** desde la implantación de la prótesis. Si se encuentra en esta situación es necesario retrasar la exploración.

Las prótesis tienen una vida limitada. Con el tiempo, la cápsula se va deteriorando y aumenta el **riesgo de rotura**, por lo que aunque con una probabilidad muy baja, al hacerse la mamografía podría ya estar deteriorada.

Las prótesis mamarias de silicona son radioopacas e impiden la compresión uniforme del tejido glandular por lo que pueden interferir en la detección del cáncer de mama. Por ese motivo, con el fin de mejorar la sensibilidad del proceso, además de las proyecciones de las mamografías habituales, le realizaremos una **proyección específica** para esta situación (proyección de la mama desplazando la prótesis hacia atrás)

En algunos casos, según el tipo de prótesis, es habitual que se precisen otras pruebas complementarias además de la mamografía, para emitir el informe final (ecografía, otras radiografías, biopsia etc). **No debe alarmarse**, ya que esto no significa que tenga una lesión en la mama.

Recibida la información

Rechazo a la prueba

Nombre, apellidos y DNI ( firmado)

Nombre, apellidos y DNI ( firmado)

.....

.....

Fecha: .....

Gobierno de La Rioja  
[www.larioja.org](http://www.larioja.org)



**PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ  
DE CÁNCER  
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO DE MAMA**

HOSPITAL SAN PEDRO  
CONSULTAS EXTERNAS-1ª Planta  
941-298229-941-298222  
Fax 941-250902  
c/ Piqueras-98-26006.Logroño